

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Instrumen yang terstandarisasi pada metode ICAT modul 5 Pengolahan Limbah dari USAID dapat digunakan di Klinik Pratama PMI DIY, dengan syarat ada modifikasi instrumen.
2. Instrumen yang terstandarisasi pada metode ICAT modul 6 Isolasi dan Pencegahan Standar dari USAID dapat digunakan di Klinik Pratama PMI DIY.
3. Instrumen yang terstandarisasi pada metode ICAT modul 8 Sterilisasi dan Disinfeksi Peralatan dari USAID dapat digunakan di Klinik Pratama PMI DIY.
4. Instrumen yang terstandarisasi pada metode ICAT modul 9 Persiapan dan Pemberian Obat Parenteral dari USAID dapat digunakan di Klinik Pratama PMI DIY.

5. Instrumen ICAT dari USAID yang sudah diadaptasi dapat digunakan untuk menilai risiko infeksi di Klinik Pratama PMI DIY.

B. Saran

1. Apabila modul yang dikeluarkan oleh ICAT ini akan digunakan di fasilitas layanan kesehatan primer, maka modul yang harus dimodifikasi adalah modul Pengelolaan Limbah. Modifikasi *checklist* dapat berupa apakah fasilitas layanan kesehatan tersebut memiliki *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan pihak ketiga dalam manajemen pengelolaan limbah.
2. Perlu adanya beberapa perbaikan dalam menerapkan pencegahan dan pengendalian Infeksi di Klinik Pratama PMI DIY, diantara:
 - a. Perlu adanya prosedur/kebijakan yang tertulis mengenai pengendalian infeksi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh staf.

- b. Perlu adanya pelatihan formal secara rutin bagi staf mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, khususnya pelatihan pengelolaan limbah, sterilisasi dan disinfeksi, dan praktik injeksi.
- c. Perlu adanya pemeriksaan dan pemeliharaan alat-alat medis dan penunjang secara rutin, khususnya pemeliharaan alat sterilisasi.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penilaian *checklist* ICAT hanya bersumber dari 2 orang informan dan 1 orang diantaranya sebagai penanggung jawab dari beberapa unit yang tercantum dalam modul, sehingga kemungkinan terdapat bias dalam penilaian tersebut. Penilaian instrumen ICAT yang dikeluarkan oleh USAID untuk layanan kesehatan primer tahun 2013 hanya digunakan pada Klinik Pratama PMI DIY sehingga penilaian instrumen ICAT tersebut tidak bisa dibandingkan dengan penilaian pada layanan kesehatan primer lainnya. Diharapkan dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk

penggunaan instrumen ICAT pada layanan kesehatan primer lainnya baik milik swasta maupun pemerintah dengan informan yang lebih banyak.