

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara akurasi hasil radiografi konvensional dan *computed radiography* (CR) pada teknik *bitewing* untuk mendeteksi karies proksimal buatan.

B. Saran

Saran terkait penelitian ini antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sejenis yang lebih spesifik untuk mengetahui manakah jenis reseptor gambar yang lebih akurat secara statistik.
2. Perlu dilakukan penambahan macam jenis reseptor gambar seperti *digital radiography*.